



## ADQUISICIÓN DE DOS MESAS QUIRÚRGICAS PARA EL SERVICIO DE PABELLONES QUIRÚRGICOS DEL HOSPITAL DIPRECA.

ID 948354-138-LP23

1 04-09-2023 09:36 Estimados, se requiere visita a terreno?

Respuesta: No.

2 04-09-2023 14:35 Estimados es aceptable mesa con desplazamiento longitudinal de 390 mm

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

3 04-09-2023 17:45 Estimados, favor indicar en qué fecha sería realizada la demostración de la mesa quirúrgica.

Respuesta: La demostración será solicitada a través de foro inverso, después de la apertura una vez realizada la admisibilidad administrativa, según lo indicado numeral 4 de las Bases Técnicas.

4 04-09-2023 17:45 Estimados, respecto al ítem "Debe contar con un sistema de regulación de nivel." Se refiere a que tenga control (alámbrico o inalámbrico).

Respuesta: Es un sistema que nivela la mesa automáticamente según el nivel del piso.

5 04-09-2023 17:45 Estimados, respecto al ítem "Posición de altura (sin colchón) 580 - 1180 mm. (como mínimo estos valores)" Indicar si se puede participar con nivel de altura mínimo de 680 mm.

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

6 04-09-2023 17:45 Estimados, respecto al ítem "Desplazamiento longitudinal 423 mm. (como mínimo estos valores)." Indicar si se puede participar con desplazamiento total de 300 mm.

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas

7 04-09-2023 17:45 5.- Estimados, respecto al ítem "Placa de espalda hacia arriba y abajo +90°/-45° (como mínimo estos valores)." Indicar si este rango es con accesorio silla de playa.

Respuesta: Estimados, todo rango es sin accesorios y sin colchón.

8 04-09-2023 17:46 Estimados, respecto al ítem "Placa de pierna hacia arriba y abajo +30°/-105° (como mínimo estos valores)." Indicar si este rango se puede cumplir con +30°/-90°, como lo solicitado en el ítem siguiente.

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

9 04-09-2023 17:46 7.- Estimados, respecto al ítem "Cabezal hacia arriba y abajo +45°/-90° (como mínimo estos valores)." Indicar si este rango se puede cumplir con +25°/-45°.

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas

10 04-09-2023 17:46 Estimados, respecto al ítem "Flex 225°." Indicar si este rango se puede cumplir con 220°.

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

11 04-09-2023 17:46 9.-. Estimados, respecto al ítem "Interface de serie integrado.". Indicar que se refiere este ítem.

Respuesta: Debe tener interfaz en serie RS232 integrado en la mesa.

12 04-09-2023 17:46 Estimados, respecto al ítem "Soporte flexible para tubo de anestesia.". Indicar si lo refiere es un posicionador en prono para dejar pasar tubo endotraqueal.

Respuesta Es un soporte que se fija a la mesa con un tubo alto y flexible, con un disco en la parte superior para diferentes tubos de anestesia.

13 04-09-2023 17:47 Estimados, respecto al ítem "1 juego de posicionamiento lateral: dos soportes para espalda y uno para pubis.". Indicar si es necesario incluir un soporte por cada almohadilla.

Respuesta: Si.

15 06-09-2023 17:44 Estimados favor permitir una rango de tolerancia de +/- 30% para desplazamiento longitudinal

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

16 06-09-2023 17:45 Estimados favor permitir trendelenburg de 25°

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas

17 06-09-2023 17:46 Estimados para movimiento de placa espalda favor permitir rango de tolerancia de +/- 25%

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas

18 06-09-2023 17:46 Estimados favor permitir la participación con placa d pierna con movimiento de +80° / -90°

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

19 06-09-2023 17:47 Estimados para movimiento de cabezal permitir la participación con ángulos de +47° / -61°

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

20 06-09-2023 17:49 Estimados es posible flexibilizar el plazo de entrega, permitiendo entrega parcializada. Es decir primero la mesa y posteriormente los accesorios?

Respuesta: Debe ser entregado mesa y accesorios en conjunto.

21 06-09-2023 17:51 Estimados el sistema de regulación de nivel, se refiere a la posición cero automática?

Respuesta: Es un sistema que nivela la mesa automáticamente según el nivel del piso.

22 06-09-2023 17:52 Estimados favor permitir participación con altura de 600 a 1050 mm

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

23 06-09-2023 17:53 Estimados favor permitir participación con movimiento longitudinal de al menos 300 mm

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

24 06-09-2023 17:54 Estimaos favor permitir participación con placa de espalda con movimiento  $+70^{\circ}$   $-40^{\circ}$

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas

25 06-09-2023 17:55 Favor aclarar a que se refiere con interfaz de serie integrado

Respuesta: Debe tener interfaz en serie RS232 integrado en la mesa.

26 06-09-2023 17:56 Estimados favor indicar si es posible realizar demostración vía online de mesa y accesorios, o si esta debe ser presencial en el Hospital y por cuanto tiempo

Respuesta: La demostración debe ser presencial, durante un mínimo de 3 días.

27 07-09-2023 08:28 Altura de la mesa es aceptable 640 a 1130 mm

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

28 07-09-2023 08:29 Desplazamiento longitudinal es aceptable un rango de 390 mm

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.

29 07-09-2023 08:33 Movimiento de espalda es aceptable  $+70$   $-40$

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas

30 07-09-2023 08:37 Placa de piernas dividida es aceptable  $-90$   $+ 20$

Respuesta: Ajustarse a las Bases Técnicas.